


PHILIPS

マスク

ドリームウェア ネーザルマスク
DreamWear



マスク及び CPAP付属品の使い方

- ※ 本書は取扱説明書に代わるものではありません。必ず添付文書および取扱説明書をご覧ください。
- ※ フィルタの交換・取り付けはご使用の機器を確認し、裏面の「5.フィルタの取り付け方法」の項を参照しながら行ってください。
- ※ ご不明な点がございましたら、最終ページのお客様コールセンターまでお問い合わせください。

マスク装着方法の動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから

各端末から右記のQRコードを
読み取り動画へ




パソコンから

フィリップス・レスピロニクス 検索

弊社WEBトップページから右記
のバナーをクリックして動画へ



ヘッドギアとマスクの名称




正しい装着図

*呼気ポート付きエルボおよび呼気ポート付きマスククッションは塞がないでください。


1 マスク装着の手順 (1)

クッションを鼻の下に当て
フレームを頭の上に取り付け
ます。



マスク装着の手順 (2)


ヘッドギアを後頭部にかかる
ように取り付けます。
呼気ポート付きエルボが
頭頂部に来ていることを
確認してください。



※ 鼻孔にあたる部分が鼻の上
を覆わないように注意して
ください。




ヘッドギアのタブをはがし、
締めすぎないように注意
しながら長さを調整します。



マスクを取り外す際は、
クッショング部分を手で
つかんで浮かし、ヘッド
ギアを上方にずらし
ながら取り外します。



※ヘッドギア部分を持ち
ながら取り外さないで
ください。



2 トラブルと対処法


マスクが頬に食い込んでいる場合

ヘッドギアを締めすぎていませんか?
ヘッドギアと頬の間に指が1本入る
程度に緩めます。





マスクフレームが耳にかぶる場合

マスクフレームが後方に傾き、
耳にかぶる場合は、より小さいサイズ
のマスクフレームをおすすめします。








マスクフレームが目に近すぎる場合

マスクフレームが頭の前に傾き、
目に近すぎる場合は、より大きい
サイズのマスクフレームをおすすめ
します。



3 マスクの分解／組み立て

部品名	分 解	組み立て
ヘッドギア	<p>ヘッドギアをマスクフレームから取り外します。</p> 	<p>ヘッドギアをマスクフレームのスロットに通します。</p> 
クッション	<p>クッションをマスクフレームから取り外します。</p> 	<p>マスククッションとフレームの△マークを合わせ、カチッと音がするまで取り付けます。</p> 
呼気ポート付きエルボ	<p>マスクフレームから呼気ポート付きエルボを取り外します。</p> 	<p>マスクフレーム上部に、呼気ポート付きエルボをななめから溝に合わせて差し込みます。</p> 

4

付属品のお手入れ方法

(呼吸回路、水タンク、花粉フィルタはマスクの付属品ではありません)

頻度	付属品名	洗浄方法・交換
毎日	マスク・呼吸回路	中性洗剤をうすめたぬるま湯で、洗います。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。
	給水タンク or 給水容器	中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。
1週間	ヘッドギア	マスクからはずして中性洗剤をうすめたぬるま湯にひたし、五分間おきます。
2週間	花粉フィルタ	必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水でよくすすぎだあと風通しのよい所で陰干しします。




注意

付属品（マスク・回路など）のお手入れする際は、以下のことをお守りください。


- ・ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- ・日当りの良い場所で干さない。

5 フィルタの取り付け方法



ドリーム
ステーション

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際
は右図の順でセットします。



ドリームステーションの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから





各端末から右記のQRコードを
読み取り動画へアクセス

パソコンから


[フィリップス・レスピロニクス](#) [検索]

弊社WEBトップページから右記の
バナーをクリックしてアクセス



System One
シリーズ

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際
は右図の順でセットします。



System Oneシリーズの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから




各端末から右記のQRコードを
読み取り動画へアクセス

パソコンから

[フィリップス・レスピロニクス](#) [検索]

弊社WEBトップページから右記の
バナーをクリックしてアクセス





フィリップス・レスピロニクス合同会社

CPAPお客様センター

よるは よいこきゅう

0120-48-4159

受付時間 9:00~17:30 ※日・祝日・年末年始休業

販売名：ドリームウェア ネザルマスク 医療機器届出番号：11B1X00022000105 一般医療機器

製造販売業者

フィリップス・レスピロニクス合同会社

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目825番地1

本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号フィリップスビル

マーケティング部 03-3740-3245

www.philips.co.jp/healthcare

© 2016 Philips Respironics GK

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくは「マーケティング部」までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Philips, Respironics、またはその他の会社の商標または登録商標です。

PN 1127553 160520 R2-S Printed in Japan